

JUSTE POIDS QUÉBEC

Rapport d'installation, de réglage ou de réparation
pour ponts-bascule routiers

N° facture

Propriétaire Gestion CHTBC 675, boul. René-Lévesque Est, 9e étage Québec (Qué.) G1R 5V7		Emplacement de l'instrument LET de l'ULTIME 1234, Chemin des Résidus Sainte-Poubelle (Qué.) C1K 1G0			
Fabricant Weight-Tronix	N° du modèle BMSSE-6010-100T W1-126 SST	N° de série 10B027625 027625	Capacité 70 t.m.	Longueur 60 pieds	# de sections 4

ÉTAT DE LA BALANCE

		Sensibilité à zéro 10 Kg		Sensibilité charge max. ---		Graduation minimale 10 Kg		Indicateur √		Imprimante √	
Type et condition de		Fondation OK		Système d'écoulement ---		Approches OK		Leviers / Cellules 8 cellules			
Vérification préliminaire	▶	23 260	23 280	23 280							
	◀		23 280	23 280	23 300						
Vérification finale	▶	23 280	23 280	23 290							
	◀			23 280	23 280						
Date de la dernière inspection				ÉPREUVE DE CHARGE MAXIMALE							
Date de la prochaine inspection				Poids du véhicule chargé		Étalons connus ajoutés		Poids du véhicule et des étalons		Erreur	
La balance avait-elle été rejetée			Oui	<input checked="" type="checkbox"/>		10 000 Kg	10 000 Kg	10 000 Kg	OK		
L'étiquette de rejet et le sceau étaient-ils intacts			Oui	<input type="checkbox"/>							
Avez-vous brisé les sceaux et enlevé l'étiquette			Oui	<input type="checkbox"/>							
Poids utilisé 10 000 Kg		Propriété de Juste Poids									
		N° de certificat 1234567									
Description des ajustements et commentaires											
À l'usage de poids et mesure											

DÉCLARATION

Je suis d'avis que l'instrument ci-dessus mentionné répond aux exigences de la Loi sur les poids et mesures.		
C. Pesant	Technicien	Signature <i>C. Pesant</i>
		Date 1 ^{er} mai 2013

Ella Jeté	Client	Signature <i>Ella Jeté</i>
		Date 1 ^{er} mai 2013

COPIE DU CLIENT